

様式 2 (包括的公表)

平成 21 年 10 月 23 日

県立病院の医療事故の状況

21 年度 上半期に判明した県立病院の医療事故のうち、「愛媛県立病院医療事故公表基準」に規定する包括的公表に該当するものは次のとおりです。

1 事故件数

発生時期	中央病院	今治病院	三島病院	南宇和病院	新居浜病院	合計
21 年度 上半期	1					1

2 事故の概要等

事故の概要	改善策	備考
急性心筋梗塞の血管内治療の後、病室の生体情報モニターの警報音のスイッチが消音になっていたため、患者が心肺停止状態になったことに気付くのが遅れた。直ちに蘇生措置等を行った結果、後遺症は生じなかった。	生体情報モニターの警報音のスイッチ等のチェック体制の強化。モニター画面の監視等の体制強化。	平成 21 年 4 月 男性 70 歳代 〔中央病院〕

お問合せ先
公営企業管理局県立病院課
TEL (089) 941-2111 内線 2811